



## Ticare Osseous


### SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE

#### SECUENCIA ESTÁNDAR

ticare  
osseous



IMPLANTE 3,3  
IMPLANTE 3,4  
IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25  
IMPLANTE 5,0




#### SECUENCIA HUESOS DUROS

ticare  
osseous



IMPLANTE 3,3  
IMPLANTE 3,3 y 3,4  
IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25  
IMPLANTE 5,0



## Ticare Inhex


### SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE

#### SECUENCIA ESTÁNDAR

ticare inhex    ticare perio hybrid



IMPLANTE 3,3  
IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25  
IMPLANTE 5,0




\* Para longitud de implante 6mm no se debe utilizar la perfiladora | Profile drills should not be used for Implants 6 mm long

#### SECUENCIA HUESOS DUROS

ticare inhex    ticare perio hybrid



IMPLANTE 3,3  
IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25  
IMPLANTE 5,0



\* Para longitud de implante 6mm no se debe utilizar la perfiladora ni la fresa terraja | Neither profile drills nor bone tap drills should be used for Implants 6 mm long

## Ticare Osseous Quattro


### SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE

#### SECUENCIA ESTÁNDAR

ticare  
osseous  
quattro



IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25




#### SECUENCIA HUESOS TIPO II

ticare  
osseous  
quattro



IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25



Implantes Quattro no recomendados para huesos tipo I / Quattro Implants are not recommended for bone type I

## Ticare Inhex Quattro


### SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE

#### SECUENCIA ESTÁNDAR

ticare inhex quattro    ticare perio hybrid quattro



IMPLANTE 3,3  
IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25




#### SECUENCIA HUESOS TIPO II

ticare inhex quattro    ticare perio hybrid quattro



IMPLANTE 3,75  
IMPLANTE 4,25



Implantes Quattro no recomendados para huesos tipo I