


Ticare Osseous

SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE


SECUENCIA ESTÁNDAR

OSSEOUS



SECUENCIA HUESOS Duros

OSSEOUS




Ticare Inhex

SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE

SECUENCIA ESTÁNDAR


in HEX PerioHYBRID



* Para longitud de implante 6mm no se debe utilizar la perfiladora | Profile drills should not be used for Implants 6 mm long

SECUENCIA HUESOS Duros

in HEX PerioHYBRID



* Para longitud de implante 6mm no se debe utilizar la perfiladora ni la fresa terraja | Neither profile drills nor bone tap drills should be used for Implants 6 mm long


Ticare Osseous Quattro

SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE

SECUENCIA ESTÁNDAR


HUESOS TIPO III Y IV

OSSEOUS
quattro



SECUENCIA HUESOS TIPO II

OSSEOUS
quattro




Implantes Quattro no recomendados para huesos tipo I / Quattro Implants are not recommended for bone type I

Ticare Inhex Quattro

SECUENCIA DE FRESADO / DRILLING SEQUENCE


SECUENCIA ESTÁNDAR

in HEX PerioHYBRID
quattro



SECUENCIA HUESOS TIPO II

in HEX PerioHYBRID
quattro



Implantes Quattro no recomendados para huesos tipo I

FABRICANTE:
MOZOGRAU, S.A.
C/ Santiago Apóstol González, 7
47197 VALLADOLID (ESPAÑA)
Tel: +34 983 21 112 fax: +34 983 304 021
e-mail: sales@mozograuimplants.com
www.ticareimplants.com

Rev. 29 14/01/2026